

Informe No: 20-008854

Fecha: 19/09/2020

Cliente: Finatex 61, S.L.

Código: CL-1417

Dirección: Av/M-40,11-OF,28 ALCORCÓN MADRID ESPAÑA

Attn: Contacto

e-MAIL: finatex61@finatex61.es

Tel: 0034 925382020

Fax:

La siguiente muestra ha sido suministrada e identificada por el cliente como:

Informe No.: **20-008854**

Fecha recepción: **31/08/2020**

Fecha comienzo: **31/08/2020**

Fecha fin: **15/09/2020**

Descripción **MASK**

muestra:

Serie :

Lote No.:

Referencia No.: **MASCARILLAS TURQUESA 007**

Composicion indicada: **100% polyester**

Este informe es la modificación del informe emitido en fecha "15/09/2020". Cambio: Se añade el valor de incertidumbre del ensayo de BFE. Causa: Petición del cliente.

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS

SOP descripción	Conclusión
SOP305 - Cambio de aspecto tras el lavado (Prendas y tejidos)	Cumple
SOP 342- Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE)	Cumple
SOP 342- Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE) - Tras lavados	Ver Resultados
SOP106 - Determinación de la respirabilidad (Presión Diferencial) - Original	Cumple
SOP106 - Determinación de la respirabilidad (Presión Diferencial) - Tras lavados	Cumple

Muestra ensayada



- El laboratorio no se hace responsable de la información recibida por el cliente (campos sombreados en gris)
- Los resultados reportados no incluyen incertidumbres (pero están disponibles para el cliente).
- Opiniones e interpretaciones expresadas aquí están fuera del alcance de la acreditación.
- A menos que se indique lo contrario, el resultado que se muestra en este informe de ensayo se refiere sólo a la muestra / s probada y dicha muestra / s se conserva durante 30 días solamente.
- Los informes de ensayo sin el sello de AMSLab y las firmas autorizadas no son válidos.
- Este documento no puede ser reproducido o modificado excepto en su totalidad, sin previa aprobación de la empresa.
- Todas las copias impresas de este documento son copias del documento digital original.